

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального директора

ФБУ «Ростест-Москва»



А.Д. Меньшиков

«16» сентября 2022 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ВОДЫ, ПОДАННОЙ
АБОНЕНТАМ АСДКУ

Методика поверки

РТ-МП-1229-449-2022

г. Москва
2022 г.

1 Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на системы автоматизированные диспетчерского контроля и управления для коммерческого учета воды, поданной абонентам АСДКУ (далее – системы) и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

При проведении поверки обеспечивается прослеживаемость поверяемых систем к государственному первичному специальному эталону единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости ГЭТ 63-2019. Прослеживаемость подтверждается сведениями о положительных результатах поверки измерительных компонентов из состава систем, в соответствии с действующим законодательством в области обеспечения единства измерений.

2 Перечень операций поверки средства измерений

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операций поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр средства измерений	Да	Да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений			
- контроль условий поверки	Да	Да	8.1
- подготовка к поверке	Да	Да	8.2
- опробование	Да	Да	8.3
Проверка программного обеспечения средства измерений	Да	Да	9
Определение метрологических характеристик средства измерений:	Да	Да	10
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да	11

2.2 Методика поверки допускает проведение поверки отдельных измерительных каналов (далее - ИК) из состава системы на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку с обязательным указанием информации об объеме проведенной поверки при оформлении результатов поверки.

3 Требования к условиям проведения поверки

Влияющие величины, определяющие условия поверки системы, должны находиться в пределах, указанных в эксплуатационных документах на систему, ее измерительные компоненты и средства поверки.

4 Требование к специалистам, осуществляющим поверку

К проведению поверки допускаются лица, имеющие:

- право проведения поверки средств измерений (далее – СИ) в соответствующей области аккредитации;
- изучившие эксплуатационные документы на систему и средство поверки;
- изучившие настоящую методику поверки;
- прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

5.1 При проведении поверки систем применяют средства поверки, указанные в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применения средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
8.1 Контроль условий проведения поверки	Средство измерений температуры окружающей среды в диапазоне измерений от плюс 10 °С до плюс 35 °С с абсолютной погрешностью ± 1 °С	Термогигрометр UNITESS ТНВ 1 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 70481-18)

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

При проведении поверки должны выполняться следующие требования по обеспечению безопасности:

- к проведению поверки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и имеющие группу по электробезопасности не ниже третьей;
- поверители должны соблюдать требования безопасности, указанные в эксплуатационных документах на систему, применяемые средства поверки и правила пожарной безопасности, действующие в организации.

7 Внешний осмотр средства измерений

При внешнем осмотре устройства проверить:

- соответствие внешнего вида и маркировки описанию типа и эксплуатационной документации;
- отсутствие механических повреждений, которые могут повлиять на метрологические характеристики и съем показаний.

Результат внешнего осмотра считают положительным, если система по внешнему виду и маркировке соответствует описанию типа и эксплуатационной документации, отсутствуют механические повреждения влияющие на метрологические характеристики и съем показаний.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Контроль условий проведения поверки

8.1.1 Перед проведением операций поверки выполнить контроль условий окружающей среды.

8.1.2 Контроль осуществлять измерением влияющих факторов, указанных в разделе 3 настоящей методики поверки, при помощи средств измерений температуры окружающей среды, относительной влажности воздуха и атмосферного давления. Измерения влияющих факторов проводить там, где проводятся операции поверки.

8.1.3 Результат измерений температуры окружающей среды, относительной влажности и атмосферного давления должны находиться в пределах, указанных в разделе 3 настоящей методики поверки. В противном случае поверку не проводят до приведения условий поверки в соответствии с разделом 3 настоящей методики поверки.

8.2 Подготовка к поверке

Для проведения поверки владелец системы должен предоставить следующее:

- формуляр (паспорт);
- свидетельства о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, либо номер свидетельства о поверке, присваиваемы Федеральным информационным фондом по обеспечению единства измерений.

8.3 Проверка соответствия измерительных компонентов системы

8.3.1 Проверить наличие свидетельства о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК и/или запись в Федеральном информационном фондом по обеспечению единства измерений и срок их действия.

8.3.2 Измерительные компоненты должны быть поверены в соответствии с документами на методику поверки, указанными Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

8.4 Опробование

8.4.1 Проверить функционирование АРМ системы. Запустить программное обеспечение (далее - ПО) «Таблицы и графики».

8.4.2 Провести опрос всех измерительных компонентов системы, которые были представлены в поверку.

8.4.3 Результат опробования считать положительным, если на экран АРМ выведена информация об измерительных компонентах.

8.4.4 Результат опробования считать отрицательным, если хотя бы на один измерительный компонент информация не выводится.

9 Проверка программного обеспечения средства измерений

Проверка идентификационных данных программного обеспечения (ПО) осуществляется следующим образом:

- запустить ПО «Таблицы и графики» и нажать вкладку «?» (рисунок 1)




Рисунок 1 – Меню ПО «Таблицы и графики»

на экране АРМ отобразится окно с версией ПО (рисунок 2)




Рисунок 2 – Окно с номером версии ПО «Таблицы и графики»

– запустить ПО «iFIX», во вкладке About iFIX отобразится окно с версией ПО (рисунок 3)



Рисунок 3 – Меню и окно с номером версии ПО «iFIX»

Результат проверки считают положительным, если номер версии ПО соответствует данным, приведенным в описании типа.

Если номер версии ПО не соответствует данным, приведенным в описании типа, результат проверки признается отрицательным и дальнейшая проверка прекращается.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений

Метрологические характеристики системы определяются метрологическими характеристиками измерительных компонентов, входящих в состав ИК системы.

Метрологические характеристики измерительных компонентов подтверждаются при проведении поверки средств измерений по методикам поверки, указанных в сведениях об утвержденных типах средств измерений.

Проверить, что все поверяемые ИК функционируют исправно и на входящие в них измерительные компоненты есть действующие сведения о результатах поверки.

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

11.1 Результат считать положительным, если поверяемые ИК функционируют исправно и на входящие в них измерительные компоненты есть действующие сведения о положительных результатах поверки.

11.2 При положительных результатах по п. 10 подтверждаются метрологические характеристики указанные в описании типа.

11.3 Результат считать отрицательным, если поверяемые ИК функционируют неисправно или на входящие в них измерительные компоненты отсутствуют действующие сведения о положительных результатах поверки.

12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты поверки заносят в протокол произвольной формы. В протоколе должны быть отражены результаты поверки по всем соответствующим пунктам настоящей методики поверки.

12.2 Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

12.3 По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, в случае положительных результатов поверки выдается свидетельство о поверке средства измерений, оформленное в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. В случае отрицательных результатов поверки выдается извещение о непригодности к применению средства измерений, оформленное в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

12.4 При проведении поверки отдельных ИК в сведениях о проведенном объеме поверки должны быть перечислены эти ИК с указанием наименования, типа и заводского (серийного) номера измерительного компонента.

Начальник лаборатории № 449



В.И. Беда

Заместитель начальника лаборатории № 449



И.В. Беликов