

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»**

СОГЛАСОВАНО



Генеральный директор
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

А.Н. Пронин

М.п. « 20 » декабря 2022 г.

Заместитель генерального директора

Е. П. Кривцов

доверенность № 54/2021

от 24.12.2021

Государственная система обеспечения единства измерений

Датчики покрытия пассивные IT-Sens

Методика поверки

МП 254-0133-2022

И.о. руководителя научно-исследовательского

отдела госэталонов в области

аэрогидрофизических параметров

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

А.Ю. Левин

Руководитель лаборатории

испытаний в целях утверждения типа

средств измерений аэрогидрофизических параметров

ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

П.К. Сергеев

г. Санкт-Петербург
2022 г.

1. Общие положения

Данная методика поверки распространяется на датчики покрытия пассивные IT-Sens (далее – датчики IT-Sens), предназначенные для измерений температуры поверхности дорожного покрытия, температуры почвы на различных глубинах, температуры точки замерзания жидкой смеси на дорожном покрытии (далее – температуры точки замерзания), толщины слоя воды на дорожном покрытии. Методикой поверки должна обеспечиваться прослеживаемость поверяемых датчиков IT-Sens к государственным первичным эталонам единиц величин: к государственному первичному эталону единицы температуры в диапазоне от 0 до 3200 °С (ГЭТ 34-2020), к государственному первичному эталону единицы температуры-кельвина в диапазоне от 0,3 К до 273,16 К (ГЭТ 35-2021), государственному первичному эталону единицы длины-метра (ГЭТ 2-2021).

Методы, обеспечивающие реализацию методики поверки: непосредственное сличение.

Датчики IT-Sens подлежат первичной и периодической поверке.

2. Перечень операций поверки средства измерений

Таблица 1

Наименование операции поверки	Обязательность выполнения операции поверки при		Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки
	первичной поверке	периодической поверке	
Внешний осмотр	Да	Да	7
Опробование (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Да	Да	8
Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Да	Да	8.1
Проверка программного обеспечения средства измерений	Да	Да	9
Определение метрологических характеристик при измерении:			
- температуры поверхности дорожного покрытия, температуры почвы на различных глубинах;	Да	Да	10.1
- температуры точки замерзания;	Да	Да	10.2
- толщины слоя воды на дорожном покрытии	Да	Да	10.3

2.1 При отрицательных результатах одной из операций поверка прекращается.

3. Требования к условиям проведения поверки

При поверке должны быть соблюдены следующие условия:

- температура воздуха, °С +15 до +25;
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106.

4. Требования к специалистам, осуществляющим поверку.

4.1 К проведению поверки допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей, изучившие настоящую методику и эксплуатационную документацию (далее ЭД), прилагаемую к датчикам IT-Sens.

5. Метрологические и технические требования к средствам поверки

Таблица 2

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п. 8.1 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	СИ температуры окружающей среды в диапазоне измерений от -10 до +40 °С с абсолютной погрешностью не более ± 1 °С. СИ относительной влажности воздуха в диапазоне от 20 до 90 % с абсолютной погрешностью не более ± 10 %. СИ атмосферного давления в диапазоне измерений от 840 до 1060 гПа с абсолютной погрешностью не более $\pm 2,5$ гПа.	Термогигрометр ИВА-6, мод. ИВА-6Н-Д, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – рег. №) 82393-21.
п. 10.1 Определение метрологических характеристик при измерении температуры поверхности дорожного покрытия, температуры почвы	Эталоны единицы температуры и средства измерений, соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 3 разряда по ГПС для средств измерений температуры, утвержденная приказом Росстандарта от 23.12.2022 № 3253 (часть 1-2), в диапазоне измерений от -50 °С до +75 °С. Вспомогательные технические средства: Камера климатическая с диапазоном поддержания температур от -50 °С до +75 °С.	Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10М, рег. № 19736-11. Эталонный платиновый термометр сопротивления ПТСВ-2К-3, рег. № 49400-12. Вспомогательные технические средства: Камера СМ-70/180-250 ТВХ.
п. 10.2 Определение метрологических характеристик при измерении температуры точки замерзания	Эталоны единицы температуры и средства измерений, соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 3 разряда по ГПС для средств измерений температуры, утвержденная приказом Росстандарта от 23.12.2022 № 3253 (часть 1-2), в диапазоне измерений от -30 °С до +10 °С. Вспомогательные технические средства: Камера климатическая с диапазоном поддержания температур от -40 °С до +10 °С. Водный раствор соли $MgCl_2$, процент содержания соли 2,5 %; 17,8 %; 23,8 %	Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10М, рег. № 19736-11. Эталонный платиновый термометр сопротивления ПТСВ-2К-3, рег. № 49400-12. Вспомогательные технические средства: Камера СМ-70/180-250 ТВХ. Водный раствор соли $MgCl_2$, процент содержания соли 2,5 %; 17,8 %; 23,8 %
п. 10.3 Определение метрологических характеристик при измерении толщины слоя воды на дорожном покрытии	Средства измерений длины в диапазоне от 0 до 20 мм с абсолютной погрешностью не более 0,1 мм. Вспомогательные технические средства: Камера климатическая с диапазоном поддержания температур от -50 °С до +75 °С. Пипетка 2-1-2-5 по ГОСТ 29227-91; Набор вспомогательных колец номинальной высотой 0,2 мм, 2,5 мм, 5,0 мм, 7,5 мм, 10 мм, 20 мм. Стеклопластиковая пластина толщиной (10 $\pm$ 0,5) мм. Груз для фиксации стеклянной пластины массой не более 1 кг.	Микрометр МК, типоразмер МК 25, рег. № 78936-20. Вспомогательные технические средства: Камера СМ-70/180-250 ТВХ

5.1 Средства поверки должны быть поверены, эталоны – аттестованы.

5.2 Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

- требования безопасности по ГОСТ 12.3.019;
- требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации.
- в целях обеспечения безопасности работ и возможности выполнения процедур поверки достаточно одного специалиста.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 Датчик IT-Sens не должен иметь механических повреждений или иных дефектов, влияющих на качество его работы.

7.2 Соединения в разъемах питания датчика IT-Sens должны быть надежными.

7.3 Маркировка датчика IT-Sens должна быть целой, четкой, хорошо читаемой.

7.4 Результаты внешнего осмотра считают положительными, если датчик IT-Sens не имеет повреждений или иных дефектов, маркировка датчика целая, соединения в разъемах питания надежные.

7.5 Внешний вид СИ соответствует приведенному в описании типа средства измерений.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Контроль условий проведения поверки.

8.1.1 При поверке должны быть проверены условия проведения поверки, указанные в п. 3 настоящей методики поверки.

8.1.2 Для контроля условий поверки используются средства поверки, приведенные в таблице 2.

8.2 Проверить комплектность датчика IT-Sens.

8.3 Проверить электропитание датчика IT-Sens.

8.4 Подготовить к работе и включить датчик IT-Sens согласно ЭД. Перед началом поверки датчик IT-Sens должен работать не менее 30 мин.

9 Проверка программного обеспечения средства измерений

9.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения (далее - ПО) производится в следующем порядке:

9.2 Идентификация встроенного ПО «IT-Sens» осуществляется путем проверки номера версии ПО.

9.3 Для идентификации номера версии встроенного ПО «IT-Sens» необходимо подключиться к датчиками IT-Sens через терминальную программу (например, HyperTerminal) согласно ЭД, ввести команду «FW» и в ответном сообщении считать номер версии ПО.

9.4 Результаты идентификации программного обеспечения считают положительными, если номер версии ПО «IT-Sens» соответствует данным в таблице 3.

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	IT-Sens
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 3.73

10 Определение метрологических характеристик датчика IT-Sens:

10.1 Проверка диапазона и определение погрешности при измерениях температуры поверхности дорожного покрытия, температуры почвы на различных глубинах производится в следующем порядке:

10.1.1 Подготовьте к работе и включите датчик IT-Sens, термометр сопротивления платиновый ПТСВ-2К-3 (далее – термометр ПТСВ-2К-3), измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10М и климатическую камеру в соответствии с ЭД. Подключите датчик IT-Sens к ПК согласно ЭД.

10.1.2 Поместите датчик IT-Sens и термометр ПТСВ-2К-3 в климатическую камеру СМ -70/180-250 ТВХ таким образом, чтобы чувствительные элементы термометра ПТСВ-2К-3 и датчика для измерения температуры почвы располагались в рабочей области датчика IT-Sens.

10.1.3 Задавайте значения температуры в климатической камере СМ -70/180-250 ТВХ в трех точках равномерно распределённых по каждому поддиапазону измерений (для измерений температуры поверхности дорожного покрытия) или в пяти. точках равномерно распределённых по диапазону (для измерений температуры почвы).

10.1.4 После установления показаний на каждом заданном значении фиксируйте показания температуры поверхности дорожного покрытия $T_{\text{Дизм}}, ^\circ\text{C}$, температуры почвы $T_{\text{Пизм}}, ^\circ\text{C}$, и показания термометра ПТСВ-2К-3 $T_{\text{эт}}, ^\circ\text{C}$, при помощи измерителя МИТ 8.10М.

10.1.5 Вычислите абсолютные погрешности $\Delta T_{\text{Д}}$ и $\Delta T_{\text{П}}$ при измерении температуры поверхности дорожного покрытия и температуры почвы соответственно по формулам:

$$\Delta T_{\text{Д}} = T_{\text{Дизм}} - T_{\text{эт}}$$

$$\Delta T_{\text{П}} = T_{\text{Пизм}} - T_{\text{эт}}$$

10.1.6 Результаты считаются положительными, если абсолютная погрешность при измерениях температуры поверхности дорожного покрытия, температуры почвы во всех выбранных точках не превышает:

$$\Delta T_{\text{Д}} \leq \pm 0,8 ^\circ\text{C} \text{ в диапазоне температуры от } -50 ^\circ\text{C} \text{ до } -15 ^\circ\text{C} \text{ включ. и св. } +10 ^\circ\text{C} \text{ до } +75 ^\circ\text{C};$$

$$\Delta T_{\text{Д}} \leq \pm 0,3 ^\circ\text{C} \text{ в диапазоне температуры св. } -15 ^\circ\text{C} \text{ до } +10 ^\circ\text{C} \text{ включ.};$$

$$\Delta T_{\text{П}} \leq \pm 0,2 ^\circ\text{C}.$$

10.2 Проверка диапазона и определение погрешности измерений температуры точки замерзания производится в следующем порядке:

10.2.1 Подготовьте к работе и включите датчик IT-Sens, термометр ПТСВ-2К-3, измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10М и климатическую камеру в соответствии с ЭД. Подключите IT-Sens датчик к ПК согласно ЭД.

10.2.2 Поместите датчик IT-Sens и термометр ПТСВ-2К-3 в климатическую камеру СМ -70/180-250 ТВХ. Установите на датчик IT-Sens пластиковое ограничительное кольцо с прокладкой, чтобы предотвратить растекание жидкости за пределы рабочей области датчика IT-Sens (Приложение А).

10.2.3 Поместите в рабочую область датчика IT-Sens водный раствор соли MgCl_2 с концентрацией 2,5 % (Приложение Б). Поместите чувствительный элемент термометра ПТСВ-2К-3 в рабочую область датчика IT-Sens.

10.2.4 Задайте значения температуры в климатической камере СМ -70/180-250 ТВХ равное $0 ^\circ\text{C}$. Выдержите 20 минут при данной температуре.

10.2.5 Фиксируйте показания $T_{\text{изм}}$ датчика IT-Sens и показания $T_{\text{эт}}$ термометра ПТСВ-2К-3.

10.2.6 На графике $T_{\text{эт}}$ от времени найдите плато (Приложение В), соответствующее процессу замерзания раствора. Определите значение температуры замерзания раствора, как среднее значение температуры за время процесса замерзания.

10.2.7 Вычислите абсолютную, ΔT_3 , и относительную, δT_3 , погрешности температуры точки замерзания по формулам:

$$\Delta T_3 = T_{\text{изм}} - T_{\text{эт}}$$
$$\delta T_3 = 100 \% \cdot (T_{\text{изм}} - T_{\text{эт}}) / T_{\text{эт}}$$

10.2.8 Повторите действия по пунктам 10.2.3-10.2.7 для растворов соли с концентрацией 17,8 % и 23,8 % при задании температуры в климатической камере СМ -70/180-250 TBX равной минус 5 °С и минус 20 °С соответственно.

10.2.9 Результаты считаются положительными, если погрешность измерений температуры точки замерзания во всех выбранных точках не превышает:

- для модификаций TCS, WSS basic:

$\Delta T_3 \leq \pm 0,7$ °С в диапазоне свыше -5 °С до 0 °С;

$\delta T_3 \leq \pm 20$ % в диапазоне от -30 °С до -5 °С включительно.

- для модификаций WSS evolution, IT-RWY:

$\Delta T_3 \leq \pm 0,5$ °С в диапазоне свыше -5 °С до 0 °С;

$\delta T_3 \leq \pm 15$ % в диапазоне от -30 °С до -5 °С включительно.

10.3 Проверка диапазона и определение абсолютной погрешности измерений толщины слоя воды на дорожном покрытии (далее – толщина слоя воды) выполняется в следующем порядке:

10.3.1 Установите датчик IT-Sens в положение, чтобы его лицевая поверхность находилась в горизонтальном положении.

10.3.2 При помощи микрометра МК измерьте высоту вспомогательных колец H_{ki} . Измерения производятся в четырех равномерно распределенных точках вспомогательного кольца. За результат принимается среднее арифметическое значение

10.3.3 После измерения высоты колец поочередно разместите кольца на лицевой поверхности датчика. При помощи пипетки нанесите воду во внутреннюю поверхность вспомогательного кольца. После этого накройте кольцо стеклянной пластиной. На стеклянную пластину установите груз.

10.3.4 Фиксируйте измеренную датчиком IT-Sens толщину слоя воды $H_{\text{изм}i}$, мм

10.3.5 Вычислите абсолютную погрешность измерений толщины слоя воды по формуле:

$$\Delta H_i = H_{\text{изм}i} - H_{ki},$$

10.3.6 Результаты считаются положительными, если абсолютная погрешность измерений толщины слоя воды со всеми вспомогательными кольцами не превышает:

- для модификаций TSS, WSS basic:

$$\Delta H_i \leq \pm (0,1 + 0,3 \cdot H_{\text{изм}i}) \text{ мм};$$

- для модификаций WSS evolution, IT-RWY:

$$\Delta H_i \leq \pm (0,1 + 0,15 \cdot H_{\text{изм}i}) \text{ мм}.$$

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям.

В результате анализа характеристик, полученных в результате поверки, делается вывод о пригодности дальнейшего использования средства измерений. Критериями пригодности являются соответствие погрешности средства измерений п.10.1.7, 10.2.9, 10.3.6 настоящей методики поверки.

12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.

12.2 Протокол оформляется по запросу.

Приложение А




Рисунок 1 – Схема установки вспомогательного кольца на поверхности датчика IT-Sens
1 - Датчик IT-Sens, 2- Вспомогательное кольцо

Приложение Б

Инструкция по приготовлению водного раствора соли MgCl_2 .

Приготовление водного раствора соли MgCl_2 с концентрацией 2,5 % объемом 2,5 мл:

1. Мерный цилиндр, вместимостью более 100 мл заполните дистиллированной водой объемом 80 мл.
2. Взвесьте на весах 2,5 г соли хлорида магния MgCl_2 .
3. Растворите хлористый магний MgCl_2 в цилиндре с дистиллированной водой.
4. Поместите мерный цилиндр в термостат и выдержите в течение 30 мин при температуре $(20,0 \pm 0,1)^\circ\text{C}$.
5. Убедитесь в отсутствии осадка на дне мерного цилиндра.
6. Долейте дистиллированную воду в мерный цилиндр до отметки в 100 мл.
7. Перелейте полученный раствор в коническую плоскодонную колбу с притертой пробкой, выдержите его не менее 12 ч.

Приготовление водного раствора соли MgCl_2 с концентрацией 17,8 % объемом 2,5 мл:

1. Мерный цилиндр, вместимостью более 100 мл заполните дистиллированной водой объемом 80 мл.
2. Взвесьте на весах 17,8 г соли хлорида магния MgCl_2 .
3. Растворите хлористый магний MgCl_2 в цилиндре с дистиллированной водой.
4. Поместите мерный цилиндр в термостат и выдержите в течение 30 мин при температуре $(20,0 \pm 0,1)^\circ\text{C}$.
5. Убедитесь в отсутствии осадка на дне мерного цилиндра.
6. Долейте дистиллированную воду в мерный цилиндр до отметки в 100 мл.
7. Перелейте полученный раствор в коническую плоскодонную колбу с притертой пробкой, выдержите его не менее 12 ч.

Приготовление водного раствора соли MgCl_2 с концентрацией 23,8 % объемом 2,5 мл:

1. Мерный цилиндр, вместимостью более 100 мл заполните дистиллированной водой объемом 80 мл.
2. Взвесьте на весах 23,8 г соли хлорида магния MgCl_2 .
3. Растворите хлористый магний MgCl_2 в цилиндре с дистиллированной водой.
4. Поместите мерный цилиндр в термостат и выдержите в течение 30 мин при температуре $(20,0 \pm 0,1)^\circ\text{C}$.
5. Убедитесь в отсутствии осадка на дне мерного цилиндра.
6. Долейте дистиллированную воду в мерный цилиндр до отметки в 100 мл.
7. Перелейте полученный раствор в коническую плоскодонную колбу с притертой пробкой, выдержите его не менее 12 ч.
8. От полученного раствора отберите 2,5 мл раствора соли MgCl_2 и поместите раствор во внутреннюю поверхность вспомогательного кольца.




Рисунок 1 – Образец графика выхода температуры измерений датчика на плато, соответствующее процессу замерзания раствора

DE – участок графика, на котором жидкость остывает до кристаллизации

EF- участок графика, на котором происходит кристаллизация жидкости

FG – участок графика, соответствующий остыванию твердого тела (льда), возникшего в результате кристаллизации

t_n – температура кристаллизации