

СОГЛАСОВАНО

**Технический директор
ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»**


_____**П. С. Казаков**

_____**2023 г.**

Государственная система обеспечения единства измерений

Устройства сбора и передачи данных RTU-325K

Методика поверки

МП-НИЦЭ-073-23

г. Москва

2023 г.

Содержание

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	3
3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ.....	4
4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ	4
5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ.....	4
6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ	5
7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.....	5
8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	6
9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	6
10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	6
11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.....	17
12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	17

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на устройства сбора и передачи данных RTU-325K (далее – УСПД), изготавливаемые Акционерным обществом «Промышленно-инновационная компания «ПРОГРЕСС» (АО «ПИК «ПРОГРЕСС»)), и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

1.2 При проведении поверки должна обеспечиваться прослеживаемость УСПД к ГЭТ 1-2022 согласно государственной поверочной схеме, утвержденной Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2360 от 26.09.2022 г.

1.3 Допускается проведение периодической поверки меньшего числа измеряемых величин в соответствии с заявлением владельца средства измерений, с обязательным указанием в сведениях о поверке информации об объеме проведенной поверки.

1.4 Поверка УСПД должна проводиться в соответствии с требованиями настоящей методики поверки.

1.5 Метод, обеспечивающий реализацию методики поверки, – измерения разности шкал времени по линиям связи и сигналам ГНСС.

1.6 В результате поверки должны быть подтверждены метрологические требования, приведенные в Приложении А.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 2.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции поверки	Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки	Обязательность выполнения операций поверки при	
		первичной поверке	периодической поверке
Внешний осмотр средства измерений	7	Да	Да
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	8	Да	Да
Проверка программного обеспечения средства измерений	9	Да	Да
Определение метрологических характеристик средства измерений	10	Да	Да
Определение абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по сигналам точного времени ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) приемника с сигналом 1 Гц (1PPS)	10.1	Да	Да
Определение абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP	10.2	Да	Да

Наименование операции поверки	Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки	Обязательность выполнения операций поверки при	
		первичной поверке	периодической поверке
Определение абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу РТР	10.3	Да	Да
Определение абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу SNTP	10.4	Да	Да
Определение абсолютной погрешности хода внутренних часов в автономном режиме за сутки	10.5	Да	Да
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	11	Да	Да

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающей среды плюс $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность от 30 % до 80 %;

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверки, эксплуатационную документацию на поверяемые УСПД и средства поверки.

4.2 К проведению поверки допускаются лица, соответствующие требованиям, изложенным в статье 41 Приказа Минэкономразвития России № 707 от 26.10.2020 г. (ред. от 30.12.2020 г.) «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации».

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ПОВЕРКИ

Таблица 2 – Средства поверки

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки, необходимые для проведения поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
Основные средства поверки		
р. 10 Определение метрологических характеристик	Средства измерений, соответствующие требованиям к рабочим эталонам не ниже 3-го разряда по Приказу № 2360 от 26.09.2022 г.	Устройство синхронизирующее Метроном-РТР (далее – Метроном-РТР), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – рег. №) 66731-17 Осциллограф цифровой АКИП-4115/1А, рег. № 51561-12
Вспомогательные средства поверки		
п. 8.1 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании средства измерений)	Средства измерений температуры окружающей среды в диапазоне от +10 °С до +30 °С, с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений не более ± 1 °С; Средства измерений относительной влажности воздуха в диапазоне от 10 % до 90 %, с пределами допускаемой абсолютной погрешности измерений не более ± 3 %.	Термогигрометр электронный «CENTER» модели 313, рег. № 22129-09
р. 10 Определение метрологических характеристик	–	Персональный компьютер IBM PC; наличие интерфейсов Ethernet и USB; дисковод для чтения CD-ROM; операционная система Windows с установленным программным обеспечением
<i>Примечание</i> – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице, а также другое вспомогательное оборудование, удовлетворяющее техническим требованиям, указанным в таблице.		

6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные ГОСТ 12.3.019-80, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». Также должны быть соблюдены требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах на поверяемые УСПД и применяемые средства поверки.

7 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

УСПД допускается к дальнейшей поверке, если:

- внешний вид УСПД соответствует описанию и изображению, приведенному в описании типа;
- соблюдаются требования по защите УСПД от несанкционированного вмешательства согласно описанию типа;

– отсутствуют видимые дефекты, способные оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки.

Примечание – При выявлении дефектов, способных оказать влияние на безопасность проведения поверки или результаты поверки, устанавливается возможность их устранения до проведения поверки. При наличии возможности устранения дефектов, выявленные дефекты устраняются, и УСПД допускается к дальнейшей поверке. При отсутствии возможности устранения дефектов, УСПД к дальнейшей поверке не допускается.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

– изучить эксплуатационную документацию на поверяемый УСПД и на применяемые средства поверки;

– выдержать УСПД в условиях окружающей среды, указанных в п. 3.1, не менее 2 ч, если он находился в климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 3.1, и подготовить его к работе в соответствии с его эксплуатационной документацией;

– подготовить к работе средства поверки в соответствии с указаниями их эксплуатационной документации;

– провести контроль условий поверки на соответствие требованиям, указанным в разделе 3, с помощью оборудования, указанного в таблице 3.

8.2 При проведении опробования необходимо подать электропитание на УСПД. Дождаться окончания загрузки внутреннего ПО. Окончание загрузки характеризуется наличием работающих светодиодов на корпусе УСПД.

УСПД допускается к дальнейшей поверке, если при опробовании загрузка произошла без ошибок.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Собрать схему, указанную на рисунке 1.




Рисунок 1 –Схема подключения для определения абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по сигналам точного времени ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) приемника с сигналом 1 Гц (1PPS)

9.2. Используя программу эмулятор терминала (например, «ZOC»), подключиться к УСПД, используя следующие настройки (рисунок 2):




Рисунок 2 – Подключение УСПД с использованием программы эмулятора терминала «ZOC»

9.3. В ответ на приглашение встроенного программного обеспечения заполнить поля следующей информацией: поле «login» - *poverka*; поле «password» - *p325*.

9.4. В окне программы эмулятора терминала должно появиться главное окно программы для выполнения поверки (рисунок 3).

Примечание - Кнопку интерфейса «Начать поверку» не нажимать.

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ	
Заводской номер УСПД:	0000000071
MAC-адрес:	001beb 5b83ac
Версия ПО:	3.19
Контрольная сумма метрологически значимой части ПО:	
- модуль управления системным временем:	a9b6290cb27bd3d4b62e671436cc8fd7
- расчетный модуль преобразования к именованным величинам:	4cd52a4af147a1f12befa95f46bf311a
Заданная длительность поверки, час:	24
Время начала поверки:	14.11.2023 12:44:17.461
Время завершения поверки:	14.11.2023 14:46:01.281
Погрешность синхронизации системного времени по GPS/ГЛОНАСС, мс:	0.034
Погрешность синхронизации системного времени по NTP, мс:	-1.016
Погрешность хода внутренних часов УСПД, с/сут:	2.122120
Текущее рассогласование системного времени УСПД и эталона, с: 0.000	
Начать поверкуЗавершить поверку	

Рисунок 3 – Главное окно программы для выполнения поверки

9.5. Считать контрольную сумму метрологически значимой части ПО;

9.6. После просмотра значения контрольной суммы завершить работу программы метрологической поверки нажатием клавиши ESC.

УСПД допускается к дальнейшей поверке, если программное обеспечение соответствует требованиям, указанным в описании типа.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Определение абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по сигналам точного времени ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) приемника с сигналом 1 Гц (1PPS) проводить в следующей последовательности:

10.1.1 Повторить пункты 9.1-9.2.

10.1.2 В ответ на приглашение встроенного программного обеспечения заполнить поля «login»: *pprogress* и «password»: *9560543*.

10.1.3 Настроить порты следующим образом:

– перейти в раздел «конфигуратор» → «порты» и на двух из четырех указанных в меню последовательном порту RS-232 и Ethernet выставить настройки, указанные на рисунках 4 - 6, используя клавишу F4;




Рисунок 4 – Настройки Ethernet




Рисунок 5 – Настройки порта com1




Рисунок 6 – Настройки порта com2

– затем перейти в раздел «конфигуратор» → «соединения» → «параметры соединений» и на com2 установить ГЛОНАСС/GPS, на Ethernet – NTP и RTP клиент, а также и установить настройки, указанные на рисунках 7 и 8 – для NTP клиента, на рисунках 7 и 8.1 – для SNTP клиента, на рисунках 7 и 8.2 – для RTP клиента;

– если порт com2 отсутствует в разделе «параметры соединений», то необходимо его добавить, используя клавишу INSERT (рисунки 9 и 10);




Рисунок 7 – Настройки порта com2




Рисунок 8 – Настройки порта Ethernet, NTP клиент




Рисунок 8.1 – Настройки порта Ethernet, SNTP клиент




Рисунок 8.2 – Настройки порта Ethernet, RTP клиент.




Рисунок 9 – Добавление порта com2




Рисунок 10 – Добавление соединения на порт com2

10.1.4 Перейти в раздел «настройки» → «время» → «эталон времени» и выбрать в качестве эталона GPS/ГЛОНАСС (рисунок 11):





Рисунок 11 – Выбор эталона времени

10.1.5 Перезапустить УСПД.

10.1.6 Перейти в раздел «наладка» → «виртуальные консоли» → «консоль GPS/ГЛОНАСС»;

10.1.7 Дождаться завершения переходного процесса настройки времени в УСПД. Длительность переходного процесса зависит от начальной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU). Индикатором завершения переходного процесса будут значения команды на коррекцию времени меньше 20 мкс. Эти значения можно наблюдать в разделе «наладка» → «виртуальные консоли» → «консоль GPS» (рисунок 12);



№№	ВРЕМЯ	СООБЩЕНИЕ
230	12:54:35	\$GPGSV,1,1,09,67,46,101,42,68,74,327,33,69,24,296,17,76,16,025,23*62.
231	12:54:35	\$GPGSV,1,2,09,77,53,064,37,78,39,159,25,83,08,239,,84,30,298,*65.
232	12:54:35	\$GPGSV,3,3,09,85,13,357,31*58.
233	12:54:35	\$GNGSA
234	12:54:35	Время GPS 25/10/2023 09:54:35.000 Статус A (норм)
235	12:54:35	Время УСПД 25/10/2023 12:54:35.000708883 (PPS-LTP)
236	12:54:35	Offset from GPS/ГЛОНАСС 0.000708 сек
237	12:54:35	Дрейф -349
238	12:54:35	Команда на коррекцию времени УСПД (-4 мксек, темп 500)
239	12:54:35	\$GNGSA,A,3,67,69,85,
240	12:54:35	\$PORZD,A,004.7*3F
241	12:54:36	\$GPGGA,095436.
242	12:54:36	\$GPRMC,095436.00,A,55.34,76.37,N,03736.4823,E,00.00,043.8,251023,,A*55.
243	12:54:36	\$GPGSV,4,1,15,03,24,148,32,04,67,090,36,06,34,261,14,07,29,211,*77.
244	12:54:36	\$GPGSV,4,2,15,09,76,268,24,11,29,304,32,16,31,092,46,20,13,314,33*7E.
245	12:54:36	\$GPGSV,4,3,15,26,29,059,32,29,07,007,,31,12,050,30,33,11,238,*7D.
246	12:54:36	\$GPGSV,4,4,15,37,25,199,,39,26,195,,40,25,159,*42.
247	12:54:36	\$GPGSV,3,1,09,67,46,101,42,68,74,327,34,69,24,296,14,76,16,025,22*67.
248	12:54:36	\$GPGSV,3,2,09,77,53,064,37,78,39,159,26,83,08,239,,84,30,298,*66.
249	12:54:36	\$GPGSV,3,3,09,85,13,357,30*51.
250	12:54:36	\$GNGSA
251	12:54:36	Время GPS 25/10/2023 09:54:36.000 Статус A (норм)
252	12:54:36	Время УСПД 25/10/2023 12:54:36.000712425 (PPS-LTP)
253	12:54:36	Offset from GPS/ГЛОНАСС 0.000712 сек
254	12:54:36	Дрейф -342
255	12:54:36	Команда на коррекцию времени УСПД (-13 мксек, темп 500)
256	12:54:36	\$GNGSA,A,3,67,69,85,
257	12:54:36	\$PORZD,A,004.7*3F

Рисунок 12 – Окно виртуальной консоли

10.1.8 Включить на УСПД режим проверки. Для этого необходимо соединиться с ним по Telnet, данные для соединения - login: *poverka*, пароль: *p325* (рисунок 13).




Рисунок 13 – Окно ввода логина и пароля

10.1.9 Нажать клавишу «начать проверку», затем последовательно нажать клавиши F5 и F6 (рисунки 14 - 16) для выдачи импульсов PPS привязанных к системному времени УСПД.




Рисунок 14 – Окно протокола поверки




Рисунок 15 – Окно поверки с выдачей сигнала PPS




Рисунок 16 – Окно поверки с выдачей сигнала PPS

10.1.10 Считать с экрана осциллографа 30 значений расхождения по времени между сигналами PPS от Метронома-РТР и УСПД (Δt_i). Измерения Δt_i должны проводиться в установившемся режиме работы системы. Интервал между измерениями случайный (примерно 30 с). При доверительной вероятности $P=0,95$ число измерений должно быть не меньше 30. Все измерения фиксируются.

10.2 Определение абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP проводить следующим образом:

10.2.1 Собрать схему, указанную на рисунке 17.




Рисунок 17 – Схема подключения для определения абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP, PTP и SNTP

10.2.2 Повторить пункты 10.1.1 – 10.1.3 произведя настройки для работы с NTP-сервером.

10.2.3 Перейти в раздел «настройки» → «время» → «эталон времени» и выбрать в качестве эталона NTP.

10.2.4 Перезапустить УСПД.

10.2.5 Перейти в раздел «наладка» → «виртуальные консоли» → «консоль NTP».

10.2.6 Дождаться завершения переходного процесса настройки времени в УСПД. Индикатором последнего будут отклонения системного времени менее 5-10 мс. Эти значения можно наблюдать в разделе «наладка» → «виртуальные консоли» → «консоль NTP».

10.2.7 Повторить пункты 10.1.8-10.1.10.

10.3 Определение абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу PTP проводить следующим образом:

10.3.1 Собрать схему, указанную на рисунке 17.

10.3.2 Повторить пункты 10.1.1 – 10.1.3 произведя настройки для работы с PTP-сервером.

10.3.3 Перейти в раздел «настройки» → «время» → «эталон времени» и выбрать в качестве эталона PTP.

10.3.4 Перезапустить УСПД.

10.3.5 Перейти в раздел «наладка» → «виртуальные консоли» → «консоль PTP».

10.3.6 Дождаться завершения переходного процесса настройки времени в УСПД. Индикатором последнего будут отклонения системного времени менее 50 мкс. Эти значения можно наблюдать в разделе «наладка» → «виртуальные консоли» → «консоль PTP».

10.3.7 Повторить пункты 10.1.8-10.1.10.

10.4 Определение абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу SNTP проводить следующим образом:

10.4.1 Собрать схему, указанную на рисунке 17.

10.4.2 Повторить пункты 10.1.1 – 10.1.3 произведя настройки для работы с SNTP-сервером.

10.4.3 Перейти в раздел «настройки» → «время» → «эталон времени» и выбрать в качестве эталона SNTP.

10.4.4 Установить настройки Параметры коррекции времени УСПД как на рисунке 18.

Параметры коррекции времени УСПД	
Допустимое рассогласование времени УСПД и эталона, сек.	1
Период синхронизации времени УСПД и эталона, мин.	1
Часовой пояс (UTC), час	3
Макс. рассогласование времени для плавной коррекции, сек	1
Темп коррекции, сек/час	90
Период синхронизации времени OS и CMOS, мин	60
Дрейф времени	автоматическая корр
Уставка дрейфа времени, сек/сутки	0.477

Рисунок 18 – Параметры коррекции времени УСПД

10.4.5 Перезапустить УСПД.

10.4.6 Повторить пункты 10.1.8-10.1.10.

10.4.7 Для выполнения замера необходимо вызвать процесс коррекции времени УСПД вручную. Для этого необходимо создать рассогласование времени вручную, зайти в «настройки УСПД», «Ручная коррекция времени УСПД» и подтвердить изменение времени на 1-5 сек (рисунок 19).

Параметры коррекции времени УСПД	
Допустимое рассогласование времени УСПД и эталона, сек.	1
Период синхронизации времени УСПД и эталона, мин.	1
Часовой пояс (UTC), час	3
Макс. рассогласование времени для плавной коррекции, сек	1
Темп коррекции, сек/час	90
Период синхронизации времени OS и CMOS, мин	60
Дрейф времени	автоматическая корр
Уставка дрейфа времени, сек/сутки	0.477

Рисунок 19 – Ручная коррекция времени УСПД

10.4.8 Дождаться завершения переходного процесса настройки времени в УСПД. Индикатором последнего будут команда коррекции времени в виртуальных консолях. Значения можно наблюдать в разделе «наладка» → «виртуальные консоли» → «консоль SNTP».

10.4.9 Считать с экрана осциллографа значение расхождения по времени между сигналом от Метронома-РТР и УСПД (Δt_i). Измерения Δt_i должны проводиться в установившемся режиме работы системы.

10.4.10 При доверительной вероятности $P=0,95$ число измерений должно быть не меньше 30, поэтому необходимо повторить пункты 10.4.7-10.4.9. Все измерения фиксируются.

10.5 Определение абсолютной погрешности хода внутренних часов в автономном режиме за сутки проводить следующим образом:

10.5.1 Повторить пункты 10.2.1-10.2.6.

10.5.2 Отключить Метроном-РТР от УСПД.

10.5.3 Спустя 24 часа одновременно считать текущие значения показаний времени от Метронома-РТР и УСПД с помощью ПО Метронома и меню «Дисплей УСПД» (рисунки 20 и 21) соответственно и зафиксировать методом фотофиксации разность показаний (целую часть секунд). Также считать с экрана осциллографа значение расхождения по времени между сигналами PPS от Метронома-РТР и УСПД (дробную часть секунд).




Рисунок – 20 Меню вывода виртуального дисплея УСПД




Рисунок 21 – Вид дисплея считывания текущего времени УСПД

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1 Абсолютную погрешность привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по сигналам точного времени ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) приемника с сигналом 1 Гц (1PPS) и привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколам NTP, RTP и SNTP рассчитать по формуле $\Delta T_{\text{УСПД-ЭТ}} \pm 2\delta$, где δ , рассчитывается по формуле (1), мс:

$$\delta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta t_i - \Delta T_{\text{УСПД-ЭТ}})^2}{n - 1}} \quad (1)$$

где $\Delta T_{\text{УСПД-ЭТ}}$ – значение, рассчитанное по формуле (2);

$$\Delta T_{\text{УСПД-ЭТ}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta t_i \quad (2)$$

11.2 Абсолютную погрешность хода внутренних часов в автономном режиме за сутки рассчитать по формуле:

$$\Delta_{\text{ход}} = \Delta_{\text{цел}} + \Delta_{\text{дроб}}, \quad (3)$$

где $\Delta_{\text{цел}}$ – разность показаний УСПД и Метронома-РТР, считанная методом фотофиксации, с;

$\Delta_{\text{дроб}}$ – значение расхождения по времени между сигналами PPS от Метронома-РТР и УСПД, с.

УСПД подтверждает соответствие метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа, если полученные значения абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по сигналам точного времени ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) приемника с сигналом 1 Гц (1PPS), привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколам NTP, RTP и SNTP, и хода внутренних часов в автономном режиме за сутки не превышают пределов, указанных в таблице А.1 Приложения А.

При невыполнении любого из вышеперечисленных условий (когда УСПД не подтверждает соответствие метрологическим требованиям), поверку УСПД прекращают, результаты поверки признают отрицательными.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 Результаты поверки УСПД подтверждаются сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

12.2 При проведении поверки в сокращенном объеме (в соответствии с заявлением владельца средства измерений) в сведениях о поверке указывается информация, для каких измеряемых величин выполнена поверка.

12.3 По заявлению владельца УСПД или лица, представившего его на поверку, положительные результаты поверки (когда УСПД подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют свидетельством о поверке по форме, установленной в соответствии


с действующим законодательством, и (или) нанесением на УСПД знака поверки, и (или) внесением в паспорт УСПД записи о проведенной поверке, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

12.4 По заявлению владельца УСПД или лица, представившего его на поверку, отрицательные результаты поверки (когда УСПД не подтверждает соответствие метрологическим требованиям) оформляют извещением о непригодности к применению средства измерений по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством.

12.5 Протоколы поверки УСПД оформляются по произвольной форме.

Ведущий инженер ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»

Инженер 3 категории ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»



Казаков М. С.

Сычева А.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Метрологические характеристики УСПД

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по сигналам точного времени ГНСС (ГЛОНАСС/GPS) приемника с сигналом 1 Гц (1PPS), мс	± 1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу NTP, мс	± 10
Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу SNTP, мс	± 50
Пределы допускаемой абсолютной погрешности привязки шкалы времени относительно шкалы времени UTC(SU) по протоколу PTP, мс	± 1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности хода внутренних часов в автономном режиме за сутки, с	± 3