

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «24» февраля 2021 г. № 170

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 1,85 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 250 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 1000 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 1000 м ³ /ч	Установка поверочная ПС 1000, зав. № 001 включающая: • весы напольные DB модели DB-II-150W, зав. № 010318732; • весы платформенные Геркулес-А модели Геркулес 3000А, зав. № 1008014; • расходомер-счетчик	3.2.ДЕВ.0007.2021	12	ПрС- 3.2.ДЕВ.0007.2021	ООО «ТЦ МИР», 4345457490

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		электромагнитный SITRANS FM, зав. № 7ME611 128312N369/128312N 369; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, зав. № 7ME611 114912N349/114912N 349; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, зав. № 7ME652 541102N359/35471N3 69; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, зав. № 7ME652 56780N369/56780N36 9; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, зав. № 7ME652 595502N369/595502N 369; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, зав. № 7ME652 596102N369/596102N				
--	--	---	--	--	--	--

		369; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, зав. № 7ME652 593402N369/593402N 369; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, зав. № 7ME652 593702N369/593702N 369.				
--	--	--	--	--	--	--