

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2021 г. № 200

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 0,25 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 15 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 15 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 15 м ³ /ч	Установка поверочная MR-T-S 1550, зав. № 082003.043 включающая: • весы электронные К, КА32S, зав. № 2612726; • весы электронные К, КСС300, зав. № 2612728; • магнитоиндукционный расходомер	3.6.БЮА.0001.2021	12	ПрС- 3.6.БЮА.0001.2021	ООО «Техэталон», 7735157339

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		PROFIFLUX IFM 5080 K/D, зав. № AO3 25623; • магнитоиндукционный расходомер PROFIFLUX IFM 5080 K/D, зав. № AO3 25209; • магнитоиндукционный расходомер PROFIFLUX IFM 5080 K/D, зав. № AO3 23404.				
	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 2,5 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 200 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная MR-T-S 25150, зав. № 082005.52 включающая: • расходомер-счетчик электромагнитный Омега-Р, зав. № 153001; • расходомер-счетчик электромагнитный Омега-Р, зав. № 153002; • расходомер-счетчик электромагнитный Малахит-РС8, зав. № 153003; • весы электронные К, КСС300, зав. № 2776182; • весы электронные К, КЕ3000, зав. №	3.6.БЮА.0002.2021	12	ПрС- 3.6.БЮА.0002.2021	ООО «Техэталон», 7735157339

		2764050.				
--	--	----------	--	--	--	--