

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2021 г. № 201

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 25 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 25 м ³ /ч, единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 0,01 м ³ /ч	Установка поверочная расходомерная ТАЙФУН-15, зав. № 016 включающая: • расходомер электромагнитный Optiflux 5300, зав. № A20020200;	3.6.БЮД.0001.2021	12	ПрС- 3.6.БЮД.0001.2021	ООО «РЕОМ», 4028023870

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• расходомер электромагнитный Optiflux 5300, зав. № A20020202; • расходомер электромагнитный Optiflux 5300, зав. № A20022548.				
--	--	--	--	--	--	--