

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2021 г. № 203

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 0,8 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 130 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 130 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 130 м ³ /ч	Установка поверочная автоматизированная УПСЖ- 100/ВМ1, зав. № 071 включающая: • весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных Tedea-Huntleigh 1033 (Vishay Precision Group), зав. № 11935381/11935382/11935386; • весовое устройство на базе	3.1.ZBJA.2044.2021	12	ПрС- 3.1.ZBJA.2044.2021	ФБУ «Тюменский ЦСМ», 7203004003

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		датчиков весоизмерительных тензорезисторных Tede- Huntleigh 3510 (Vishay Precision Group), зав. № 280049886/280049888/28049 900; • расходомер электромагнитный Promag 53H02, зав. № FB006819000; • расходомер электромагнитный Promag 53H04, зав. № FB006919000; • расходомер электромагнитный Promag 53P25, зав. № FB006A19000; • расходомер электромагнитный Promag 53P80, зав. № FB006B19000.				
--	--	--	--	--	--	--