

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2021 г. № 205

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 140 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 140 м ³ /ч; единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,006 до 0,01 м ³ /ч	Установка поверочная горячеводная автоматизированная УПГА С-000-ОР-140-30, зав. № 05 включающая: расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG1100/6000, зав. № 489512H497/N1J6145 70;	3.2.ДБЦ.0064.2021	12	ПрС- 3.2.ДБЦ.0064.2021	ООО «Волгаметроком», 3702119901

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		- расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG1100/6000, зав. № 489612H497/N1J6155 144; - расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG1100/6000, зав. № 693212H228/459501H 158; - расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG1100/6000, зав. № 489812H497/N1J6165 219.				
--	--	--	--	--	--	--