

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2021 г. № 214

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 2,8 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 200 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 200 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 200 м ³ /ч	Установка поверочная РУ-200В, зав. № 017 включающая: • весовое устройство WE2108 №10630 с датчиками веса HLCB1C3, зав. № 30312987/30313001/30312 965; • преобразователь расхода МФ-4.2.2-Э-010, зав. №	3.6.БКЛ.0012.2021	12	ПрС- 3.6.БКЛ.0012.2021	ООО «ПРОТЭК», 5903039255

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		01000010; • преобразователь расхода МФ-4.2.2-Э-032, зав. № 03202866; • преобразователь расхода МФ-4.2.2-Э-100, зав. № 10000307				
--	--	--	--	--	--	--