

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2021 г. № 215

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 600 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 600 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная жидкостная УПЖ, зав. № 001 включающая: • счетчик- расходомер массовый Micro Motion мод. CMF025M- 2700R, зав. № 14360827/38379 47; • счетчик-	3.6.ГР3.0215.2021	12	ПрС- 3.6.ГР3.0215.2021	ООО «Газпромнефть- Автоматизация», 8905032469

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		расходомер массовый Micro Motion мод. CMF100M- 2700R, зав. № 14397906/38374 15; • счетчик- расходомер массовый Micro Motion мод. CMF300M- 2700R, зав. № 14389102/38375 98; • счетчик- расходомер массовый Micro Motion мод. CMFHC2- 2700R, зав. № 12096412/38381 97.					
--	--	--	--	--	--	--	--