

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2021 г. № 220

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы массы жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 16 т, единицы массового расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 4 до 16 т/ч	Установка измерительная УС-5 систем измерительных СУ-5Д, зав. № 004 включающая: • счетчик-расходомер массовый Micro Motion, мод. F, зав. № 15049158.	3.6.БЮЕ.0001.2021	12	ПрС- 3.6.БЮЕ.0001.2021	ООО «Техносенсор», 7810066429

¹ МАИ – межаттестационный интервал