

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2021 г. № 221

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,005 до 4,5 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,01 до 700 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная ВПУ-Энерго-2000-ВУ-ОР, зав. № 0400.15.02 включающая: • весовое устройство ВУ-0.015Т, зав. № 452912; • весовое устройство ВУ-1.5Т, зав. № 821922048; • весовое устройство ВУ-6Т, зав. № 823729904.	3.1.ЗБГ.0423.2021	12	ПрС- 3.1.ЗБГ.0423.2021	ФБУ «Астраханский ЦСМ», 3015004130

¹ МАИ – межаттестационный интервал

2	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 2000 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 2000 м ³ /ч	Установка поверочная ВПУ-Энерго-2000-ВУ-ОР, зав. № 0400.15.02 включающая: - расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № JC0A5C19000; - расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7238419000; - расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № JC0A5D19000; - расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7238519000; - расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7238619000; - расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № JC0A5E19000; - расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7261319000; - расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7261419000; - расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7261519000.	3.1.ЗБГ.0424.2021	12	ПрС- 3.1.ЗБГ.0424.2021	ФБУ «Астраханский ЦСМ», 3015004130
3	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке	Установка стационарная поверочная расходомерная	3.1.ЗБГ.0425.2021	12	ПрС- 3.1.ЗБГ.0425.2021	ФБУ «Астраханский

	2 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 63 м³, единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 63 м³/ч	СПРУТ-50, зав. № 0021 включающая: • электромагнитные преобразователи расхода «ЭР», зав. № 6С-0202611/6С-0202606; • электромагнитные преобразователи расхода «ЭР», зав. № 6С-0602790/6С-0602792; • электромагнитные преобразователи расхода «ЭР», зав. № 6С-0602729/6С-0602713; • электромагнитные преобразователи расхода «ЭР», зав. № 6С-0602705/6С-0602648; • электромагнитные преобразователи расхода «ЭР», зав. № 6С-0602602/6С-0602610.				ЦСМ», 3015004130
--	--	---	--	--	--	-----------------------------