

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» марта 2021 г. № 222

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,05 до 7,5 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 5 до 600 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная для расходомеров и счетчиков жидкости УП-600, зав. № 01 включающая: • весы электронные К, мод. KD 600, зав. № 3152067; • весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных PR6241,	3.6.АЕЩ.0033.2021	12	ПрС- 3.6.АЕЩ.0033.2021	АО «Антипинский НПЗ», 7204084481

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		зав. № 806000689/2806000690/2806000691.				
2	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 7,5 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 600 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 600 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 600 м ³ /ч	Установка поверочная для расходомеров и счетчиков жидкости УП-600, зав. № 01 включающая: • весы электронные К, мод. KD 60.2, зав. № 3191537; • весы электронные К, мод. KD 600, зав. № 3152067; весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных PR6241,	3.6.АЕЩ.0034.2021	12	ПрС- 3.6.АЕЩ.0034.2021	АО «Антипинский НПЗ», 7204084481