

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» марта 2021 г. № 270

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 0,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 15 т/ч (м ³ /ч), единиц массового и объемного расходов жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,006 до 0,01 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 15 м ³ , единицы объемного расхода	Установка поверочная расходомерная ТАЙФУН-15, зав. № 004 включающая: • весы неавтоматического действия GP-30K, зав. № 14724429; • весы неавтоматического действия HW-200KV- WP, зав. № 1802904;	3.2.ДЗЫ.0002.2021	12	ПрС- 3.2.ДЗЫ.0002.2021	ООО «Декаст М», 7730213734

¹ МАИ – межаттестационный интервал

	жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 15 м ³ /ч, единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,007 до 0,01 м ³ /ч	- расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG 1100/6000, зав. № 668412H505/N1F3245 071; - расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG 1100/6000, зав. № 333512H115/N1F3245 071; - расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG 1100/6000, зав. № 141812H404/N1F3245 092.				
--	---	---	--	--	--	--

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ² , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
2	Рабочий эталон единиц массы и объема	Установка поверочная	3.2.ДЗЫ.0003.2021	12	ПрС-	ООО «Декаст

² МАИ – межаттестационный интервал

	жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 1,55 т (м³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 200 т/ч (м³/ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 240 м³, единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 240 м³/ч	расходомерная ТАЙФУН-240, зав. № 009 включающая: • весы неавтоматического действия GP-30K, зав. № 14728346; • весы неавтоматического действия HW-200KV-WP, зав. № N1803529; • весы платформенные электронные ВП, мод. ВПП-1-1, зав. № 46168,46169; • расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG 1100/6000, зав. № 971212H416/N1HN285 023; • расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG 1100/6000, зав. № 017712H446/N1HN285 029; • расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, MAG 1100/6000, зав. № 588712H455/N1HN285 040.			3.2.ДЗЫ.0003.2021	М», 7730213734
--	---	---	--	--	-------------------	-------------------

