

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» марта 2021 г. № 273

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Эталон единицы длины в области измерения уровня жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 5 м	Метрологический стенд СПУ, зав. № 1018 включающая: • дальномер лазерный Dimetix мод. FLS-C-10, зав. № 73620096; • стойка для поверяемого прибора и лазерного дальномера;	3.2.ДУН.0032.2021	12	ПрС- 3.2.ДУН.0032.2021	ООО «Инфраструктура ТК», 7734257891

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• измерительный участок; • стойка имитатор уровня измеряемой среды; • стойка поддержания лота/груза; • стойка натяжения волновода; • АРМ оператора.				
--	--	---	--	--	--	--