

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» марта 2021 г. № 274

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,025 до 280 т (м ³), единицы массового расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 1 до 280 т/ч, единицы объемного расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 2,5 до 280 м ³ /ч, единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,025 до 2,5 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 1 до 2,5 м ³ /ч	Установка передвижная «АМЕТИСТ F», зав. № 001 включающая: • счетчик- расходомер массовый Micro Motion CMF200, зав. № 13059723/37704 12;	3.2.ДНО.0025.2021	12	ПрС- 3.2.ДНО.0025.2021	ООО «АСУ Метрология сервис», 7203320633

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		расходомер массовый Promass 83F1H, зав. № H300D302000.				
--	--	--	--	--	--	--