

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» марта 2021 г. № 281

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,005 до 4,5 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,01 до 700 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная ВПУ-Энерго- 2000-ВУ-ОР, зав. № 0400.15.02 включающая: • весовое устройство ВУ-0.015Т, зав. № 452912; • весовое устройство ВУ-1.5Т, зав. №	3.1.ЗБГ.0423.2021	12	ПрС- 3.1.ЗБГ.0423.2021	ФБУ «Астраханский ЦСМ», 3015004130

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		821922048; • весовое устройство ВУ-6Т, зав. № 823729904.				
--	--	---	--	--	--	--

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ² , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
2	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 2000 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 2000 м ³ /ч	Установка поверочная ВПУ-Энерго-2000-ВУ-ОР, зав. № 0400.15.02 включающая: • расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № JC0A5C19000; • расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7238419000; • расходомер	3.1.ZБГ.0424.2021	12	ПрС-3.1.ZБГ.0424.2021	ФБУ «Астраханский ЦСМ», 3015004130

² МАИ – межаттестационный интервал

		электромагнитный Promag 53, зав. № JC0A5D19000; • расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7238519000; • расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7238619000; • расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № JC0A5E19000; • расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7261319000; • расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7261419000; • расходомер электромагнитный Promag 53, зав. № K7261519000.				
--	--	---	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ³ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
3	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 63 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 63 м ³ /ч	Установка стационарная поверочная расходомерная СПРУТ-50, зав. № 0021 включающая: - электромагнитные преобразователи расхода «ЭР», зав. № 6С-0202611/6С-0202606; - электромагнитные преобразователи расхода «ЭР», зав. № 6С-0602790/6С-0602792; - электромагнитные преобразователи	3.1.ZBG.0425.2021	12	ПрС- 3.1.ZBG.0425.2021	ФБУ «Астраханский ЦСМ», 3015004130

³ МАИ – межаттестационный интервал

		расхода «ЭР», зав. № 6С- 0602729/6С- 0602713; • электромагнитные преобразователи расхода «ЭР», зав. № 6С- 0602705/6С- 0602648; • электромагнитные преобразователи расхода «ЭР», зав. № 6С- 0602602/6С- 0602610.				
--	--	---	--	--	--	--