

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» марта 2021 г. № 282

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 1,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 200 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 200 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 200 м ³ /ч	Установка поверочная ВПУ-Энерго-0200- ВУ-ОР, зав. № 0100.17.01 включающая: • весовое устройство ВУ- 0,015Т, зав. № 100120001; • весовое устройство ВУ- 1,5Т, зав. № 100220001;	3.1.ЗДЕ.0357.2021	12	ПрС- 3.1.ЗДЕ.0357.2021	ФБУ «Ставропольский ЦСМ», 2634013109

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1601385; • расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1601233; • расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР», зав. № 1601234.				
--	--	--	--	--	--	--