

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» марта 2021 г. № 286

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,008 до 2,2 т (м3), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,01 до 240 т/ч (м3/ч)	Установка для поверки счетчиков жидкости STEP-MT-150/200-20 Зав. №041, включающая: • Весовое устройство с прибором весоизмерительным WE 2107 с датчиком весоизмерительным тензорезисторным Z6, модификации Z6FC4, зав. № 31628539/31628446/31628484 • Весовое устройство с прибором весоизмерительным WE 2107 с датчиками	3.1.ZБН.2900.2021	12	ПрС- 3.1.ZБН.2900.2021	ФБУ «Нижегородский ЦСМ», 5262006584

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		весоизмерительными тензорезисторными Z6, мод. Z6FC6, зав. № 31638382/31638343/31638356 Весовое устройство с прибором весоизмерительным WE 2107 с датчиками весоизмерительными тензорезисторными HLC, HLCB1C3, зав. № 31668227/31668242/31668221				
2	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,008 до 2,2 т (м³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 240 т/ч (м³/ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,006 до 240 т (м³), единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 240 т/ч (м³/ч), единиц массового и объемного расходов жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,006 до 0,01 т/ч (м³/ч)	Установка для поверки счетчиков жидкости STERMT-150/200-20, зав. № 041, включающая: - Весовое устройство с прибором весоизмерительным WE 2107 с датчиком весоизмерительным тензорезисторным Z6, мод. Z6FC4 Зав. № 31628539/31628446/31628484 - Весовое устройство с прибором весоизмерительным WE 2107 с датчиками весоизмерительными тензорезисторными Z6, мод. Z6FC6, зав. № 31638382/31638343/31638356 - Весовое устройство с прибором весоизмерительным WE	3.1.ЗБН.2901.2021	12	ПрС-3.1.ЗБН.2901.2021	ФБУ «Нижегородский ЦСМ», 5262006584

		2107 с датчиками весоизмерительными тензорезисторными HLC, HLCB1C3, зав. № 31668227/31668242/ 31668221 • Расходомер-счетчик электромагнитный OPTIFLUX 5300C, зав. № A18025391 • Расходомер-счетчик электромагнитный OPTIFLUX 5300C, зав. № A18025392 • Расходомер-счетчик электромагнитный OPTIFLUX 5300C, зав. № A18023437 • Расходомер-счетчик электромагнитный OPTIFLUX 5300C, зав. № A18023422				
--	--	--	--	--	--	--