

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» марта 2021 г. № 287

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 1,1 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 150 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 150 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 150 м ³ /ч	Установка поверочная автоматизированная УПСЖМ 150, зав. № 094 включающая: • Весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных Single Point 1042, зав. № 29137549, 29137517, 29137578 • Весовое	3.1.ЗБЮ.0601.2021	12	ПрС- 3.1.ЗБЮ.0601.2021	ФБУ «Костромской ЦСМ», 4401001785

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных Shear Beam 3510, зав. №79130124, 79479571, 79130115; • Расходомер электромагнитный Promag 53H02, зав. № MB0E4819000 • Расходомер электромагнитный Promag 53H08, зав. № MB082B19000 DN8 • Расходомер электромагнитный Promag 53P25, зав. № MB067719000 DN25 • Расходомер электромагнитный Promag 53P80, зав. № MB067819000				
--	--	--	--	--	--	--