

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «12» марта 2021 г. № 292

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 0,6 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 100 т/ч (м ³ /ч), единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 400 м ³ (т), единиц массового и объемного расходов жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,018 до 400 м ³ /ч (т/ч)	Установка поверочная расходомерная УПР-200, зав. № 001 включающая: • весы технические WLC60/C2/R, зав. № 468672/15; • весы технические WLC60/C2/R, зав. №468647;	3.2.ГЖК.0102.2021	12	ПрС- 3.2.ГЖК.0102.2021	ООО «ЭНЕРГОМЕТРИКА», 3017042903

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• весы электронные специального назначения ВСН-600/20-8, зав. № 1211Ф15833; • расходомер-счетчик электромагнитный FLONET FM 2015.1, зав. № 40452/14; • расходомер-счетчик электромагнитный FLONET FM 2024.1, зав. № 40452/13; • расходомер-счетчик электромагнитный FLONET FM 2015.1, зав. № 44293/14.				
--	--	---	--	--	--	--