

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «12» марта 2021 г. № 294

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы теплопроводности твердых тел в диапазоне значений от 0,031 до 1,400 Вт/(м·К) при температуре от 283,15 до 313,15 К	мера теплопроводности однозначная из полистирола вспененного экструзионного «ПЕНОПЛЭКС®» с габаритными размерами 150×150×19,90 мм, зав. № МТО 01.01.006-300/109;	3.7.ИНТ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.ИНТ.0001.2021	ООО НПП «ИНТЕРПРИБОР», 7453096769

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		• мера теплопроводности однозначная из органического стекла с габаритными размерами 130×40×40,00 мм, зав. № 3; • мера теплопроводности однозначная из органического стекла с габаритными размерами 150×150×9,86 мм, зав. № 1; • мера теплопроводности однозначная из оптического кварцевого стекла КВ с габаритными размерами 130×50×50,00 мм, зав. № 6; • мера теплопроводности однозначная из оптического				
--	--	--	--	--	--	--

		кварцевого стекла КВ с габаритными размерами 150×150×19,93 мм, зав. № 2.				
--	--	---	--	--	--	--