

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «12» марта 2021 г. № 296

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 2,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 1,0 до 400 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 600 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 600 м ³ /ч	Установка поверочная автоматизированная УПСЖ-600/ВМ, зав. № 023 включающая: • весовое устройство на базе датчиков силоизмерительных тензорезисторных тип Т203, зав. № 13655/2002, 11649/2001, 11177/2001; • весовое устройство на базе датчике весоизмерительных	3.6.ГРЗ.0216.2021	12	ПрС- 3.6.ГРЗ.0216.2021	ООО «Газпромнефть-Автоматизация», 8905032469

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		тензорезисторных тип Single Beam, мод. 3510, зав. № 28058594/28058613/28058 622; • расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM MAGFLO, зав. № 655007T094/662535N084; • расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM MAGFLO, зав. № 637407T074; • расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM MAGFLO, зав. № 156508T054; • расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM MAGFLO, зав. № 7ME651 027313T445.				
--	--	--	--	--	--	--