

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» марта 2021 г. № 350

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 1,8 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,025 до 60 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,0025 до 60 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,025 до 60 м ³ /ч	Установка для поверки расходомеров и счетчиков жидкости ОПУС-01-60В, зав. № 01 включающая: • весы неавтоматическо го действия взрывозащищенн ые IS: платформа/терм инал CAIS 1, зав. №	3.2.ГУТ.0016.2021	12	ПрС- 3.2.ГУТ.0016.2021	ООО «Тепловизор Пром», 7721281336

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		27503570/27504376; • весы неавтоматического действия взрывозащищенные IS: платформа/терминал CAIS 1, зав. № 27503868/27504375; • весы товарные платформенные ВТП-3Т, зав. № 1603/031208258; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 03596/0923; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 23865/547; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 25233/246; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР,				
--	--	--	--	--	--	--

		зав. № 34733/23.				
2	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 140 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,025 до 140 м ³ /ч	Установка для поверки расходомеров и счетчиков жидкости ОПУС-01-125, зав. № 04 включающая: • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 30997/200418; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 16806/585; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 17315/267; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 17345/203.	3.2.ГУТ.0017.2021	12	ПрС-3.2.ГУТ.0017.2021	ООО «Тепловизор Пром», 7721281336
3	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,007 до 640 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,25 до 640 м ³ /ч	Установка для поверки расходомеров и счетчиков жидкости ОПУС-02-600, зав. № 01	3.2.ГУТ.0018.2021	12	ПрС-3.2.ГУТ.0018.2021	ООО «Тепловизор Пром», 7721281336

		включающая: • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 16766/67; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 23885/4600; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 23905/1920; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 16776/300; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 16776/112; • теплосчетчик ВИС.Т, мод. ВИС.Т ВС/ППР, зав. № 16776/136.				
--	--	--	--	--	--	--