

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» марта 2021 г. № 353

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 940 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 1,2 до 940 м ³ /ч	Установка поверки счетчиков жидкости УПСЖ- 940, зав. № 2 включающая: - расходомер жидкости турбинный PTF 015, зав. № 12612; - расходомер жидкости турбинный TURBOQUAN	3.7.ДВК.0001.2021	12	ПрС- 3.7.ДВК.0001.2021	Филиал «Макрорегион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК», 7708119944

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		Т-Р, зав. № 90182; • расходомер жидкости турбинный РТФ 050, зав. № 12614; • расходомер жидкости турбинный РТФ 080, зав. № 12526; • расходомер жидкости турбинный РНФ 100, зав. № 12616; • расходомер жидкости турбинный РНФ 150, зав. № 12593; • расходомер турбинный TURBOQUAN Т-Р, зав. № V201735.				
--	--	---	--	--	--	--