

Приложение  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии

от «16» марта 2021 г. № 354

**Перечень утверждаемых эталонов единиц величин**

| №<br>п/п | Наименование эталона единицы величины<br>и его обязательные и метрологические<br>требования (характеристики)         | Состав эталона                                                     | Регистрационный<br>номер эталона<br>единицы<br>величины | МАИ <sup>1</sup> ,<br>месяцы | Правила<br>содержания и<br>применения | Место содержания и<br>применения эталона<br>единицы величины<br>(наименование<br>организации-<br>держателя эталона,<br>ИНН) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                    | 3                                                                  | 4                                                       | 5                            | 6                                     | 7                                                                                                                           |
| 1        | Государственный рабочий эталон 2 разряда<br>единицы эффектного показателя<br>преломления в диапазоне от 1,47 до 1,74 | • набор мер<br>показателей<br>преломления<br>ОНМПП-2,<br>зав. № 06 | 3.1.ZCE.1504.2021                                       | 60                           | ПрС-<br>3.1.ZCE.1504.2021             | ФБУ<br>«УРАЛТЕСТ»,<br>6662005668                                                                                            |

<sup>1</sup> МАИ – межаттестационный интервал