

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» апреля 2021 г. № 440

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон 2 разряда единицы тангенса угла потерь в диапазоне значений от $3 \cdot 10^{-4}$ до 0,5 при напряжении 2 кВ частотой 50 Гц	Мера тангенса угла потерь многозначная ПР-АСТ-2М, зав. № 05	3.7.АБД.0001.2021	24	ПрС- 3.7.АБД.0001.2021	ООО «Электродиагност- Железнодорожник», 5406244342

¹ МАИ – межаттестационный интервал