

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» апреля 2021 г. № 442

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 1100 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 1100 м ³ /ч	Установка поверочная с набором эталонных расходомеров КАЛИБР-НЭР, зав. № 01 включающая: - преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ 12-8-1, зав. № 6100654; - преобразователь	3.2.ВУЮ.0089.2021	12	ПрС- 3.2.ВУЮ.0089.2021	ООО «Метрология и Автоматизация», 6330013048

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		расхода турбинный геликоидный ТПРГ 20-8-1, зав. № 6090646; • преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ 40-10-1, зав. № 6120243; • преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ 40-10-1, зав. № 6120900; • преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ 80-10-1, зав. № 6120899; • преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ 80-10-1, зав. № 6030264; • преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ 150-10-1,				
--	--	--	--	--	--	--

		зав. № 6100674; • преобразователь расхода турбинный геликоидный ТПРГ 150-10-1, зав. № 6100675.				
--	--	--	--	--	--	--