

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» апреля 2021 г. № 446

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 0,24 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 85 м ³ /ч, единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 85 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 85 м ³ /ч, единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне	Установка поверочная УПСЖМ 75, зав. № 112 включающая: • весовое устройство с датчиками весоизмерительными тензорезисторными Tedeа-Huntleigh 1042, зав. № 12119005,29267840,29267827; • весовое устройство с датчиками	3.6.БТП.0006.2021	12	ПрС- 3.6.БТП.0006.2021	ООО «НПП Гидротест», 1659191711

¹ МАИ – межаттестационный интервал

	значений от 0,006 до 0,01 м³/ч	весоизмерительными тензорезисторными Tedea-Huntleigh 1042, зав. № 818368,527505,8162977; - расходомер электромагнитный Promag, зав. № LC281619000; - расходомер электромагнитный Promag, зав. № KC202619000; - расходомер электромагнитный Promag, зав. № LC271919000.				
--	--------------------------------	---	--	--	--	--