

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» апреля 2021 г. № 448

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 100 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 100 м ³ /ч	Установка поверочная расходомеров- счетчиков жидкости УП15/150-1,0, зав. № 001 включающая: • преобразователь расхода индукционный микропроцессор ный «ПРИМ», зав. № 010151;	3.1.ВТФ.0014.2021	12	ПрС- 3.1.ВТФ.0014.2021	ФГУП «ОКБ «Маяк», 5903004527

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		преобразователь расхода индукционный микропроцессорный «ПРИМ», зав. № 0801130.				
--	--	--	--	--	--	--