

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» апреля 2021 г. № 454

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 200 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 1 до 200 м ³ /ч	Установка поверочная ДОУН-150/200, зав. № 21, включающая: - Преобразователь первичный измерительный ЕК- 25Ф Aswega, зав. № 400138; - Преобразователь первичный измерительный ЕК- 50Ф Aswega, зав. № 400132;	3.7.АБК.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБК.0001.2021	ООО «ОЙЛ- ТЕЛЕКОМ», 1831087806

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		Преобразователь первичный измерительный ЕК-100Ф Aswega, зав. № 400129.				
2	Рабочий эталон единицы массы жидкости в потоке 3 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 0,3 т, единицы массового расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 5 т/ч	Установка поверочная массоизмерительная УПС-500М1, зав. № 001, включающая: Весы платформенные электронные, ВПН-05-01, зав. № 02-6330	3.7.АБК.0002.2021	12	ПрС-3.7.АБК.0002.2021	ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ», 1831087806
3	Рабочий эталон единицы массы жидкости в потоке 3 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 0,3 т, единицы массового расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 5 т/ч	Установка поверочная массоизмерительная УПС-500М1, зав. № 004, включающая: Весы платформенные электронные, ВПН-1-1, зав. № 07-21303	3.7.АБК.0003.2021	12	ПрС-3.7.АБК.0003.2021	ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ», 1831087806