

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» апреля 2021 г. № 458

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 80 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 2 до 80 т/ч (м ³ /ч)	Стенд для поверки счетчиков турбинных «ТОР», зав. № 0004 включающий: - расходомер массовый Promass 83F40, зав. № N2039502000; - счетчик-расходомер массовый Micro Motion CMF300, зав. № 14195694.	3.2.ДОЖ.0108.2021	12	ПрС-3.2.ДОЖ.0108.2021	АО «ОЗНА-Измерительные системы», 0265037983

¹ МАИ – межаттестационный интервал

