

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» апреля 2021 г. № 459

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 3,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 1,0 до 500 т/ч (м ³ /ч), единицы объема	Установка поверочная РУ-400, зав. № 017 включающая: • весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных RTN C3/lт, зав. № 822046239,822046274,822045875,822046 645; • датчик расхода жидкости индукционный ДРЖИ-25, зав. № 44361;	3.7.АБЕ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБЕ.0001.2021	АО «ИФП «СибНА», 7203069360

¹ МАИ – межаттестационный интервал

	жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,008 до 500 м³, единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 500 м³/ч	• датчик расхода жидкости индукционный ДРЖИ-50, зав. № 1136; • расходомер электромагнитный 8700.				
--	--	---	--	--	--	--