

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» апреля 2021 г. № 461

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 2943 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 60 до 2943 м ³ /ч	Установка передвижная поверочная ППУ, зав. № 202 включающая: • преобразователь расхода жидкости ультразвуковой DFX-M, зав. № D0218/0061; • преобразователь расхода жидкости	3.7.ЖЖЖ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.ЖЖЖ.0001.2021	АО «Транснефть – Верхняя Волга», 5260900725

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		ультразвуковой DFX-M, зав. № D0217/0060.				
--	--	--	--	--	--	--