

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» апреля 2021 г. № 464

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 4,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 400 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 400 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,3 до 400 м ³ /ч	Установка поверочная «ВЗЛЕТ ПУ», зав. № 080021 включающая: • весовое устройство ВУ- 0,0015Т, зав. № 229913; • весовое устройство ВУ-	3.7.АБИ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБИ.0001.2021	ООО «ОСК», 7445033042

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		1,5Т, зав. № 110233; • весовое устройство ВУ-5Т, зав. № 109782; • расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 446660; • расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 564386; • расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 669956; • расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 669989; • расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ				
--	--	--	--	--	--	--

		ЭР», зав. № 670256; - расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 670256; - расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», зав. № 669651.				
--	--	---	--	--	--	--