

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «02» апреля 2021 г. № 465

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,001 до 2,5 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,01 до 250 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная Эрмитаж-А-ВУ- С-ОР-250-0250- 090-В-Ч-1-0, зав. № 10.19.100 включающая: • весовое устройство ВУ- 0,015Т, зав. № 10.19.100.01; • весовое устройство ВУ- 2,5Т, зав. № 10.19.100.02.	2.7.АБЛ.0001.2021	12	ПрС- 2.7.АБЛ.0001.2021	ООО Центр приборного контроля», 4824063415

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		Эталон сравнения, зав. № 001				
--	--	------------------------------------	--	--	--	--