

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «13» апреля 2021 г. № 513

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон 2 разряда единиц плотности потока нейтронов в диапазоне значений от $5,5 \cdot 10^5$ до $2,8 \cdot 10^9$ см ⁻² с ⁻¹ и флюенса нейтронов в диапазоне значений от $1,1 \cdot 10^{10}$ до $6,0 \cdot 10^{13}$ см ⁻² для ядерно-физических установок	- критический ядерный стенд «КВАНТ» с активной зоной «типа Б»; - преобразователь измерительный ИПТ-4 (рег. № 62043-15), зав. № 15; - ионизационная камера КНК-53М, зав. № 73-073.	3.7.АБП.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБП.0001.2021	НИЦ «Курчатовский институт», 7734111035