

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «15» апреля 2021 г. № 529

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,04 до 55 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,5 до 55 м ³ /ч	Установка поверочная расходомерная УПР-01, зав. № 01 включающая: • расходомер- счетчик электромагнитн ый «ВЗЛЕТ- ТЭР», зав. № 1900473.	3.7.АБР.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБР.0001.2021	ООО «Автоматизация и Метрология», 7203436719
2	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от	Установка эталонная мобильная	3.7.АБР.0002.2021	12	ПрС- 3.7.АБР.0002.2021	ООО «Автоматизация и Метрология», 7203436719

¹ МАИ – межаттестационный интервал

	0,016 до 130 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 1 до 130 т/ч (м ³ /ч)	УЭМ-01, зав. № 01 включающая: • счетчик-расходомер массовый ЭЛМЕТРО-Фломак, зав. № 2937; • счетчик-расходомер массовый MicroMotion мод. CMF 300, зав. № 14791841/38846 62.				
--	--	--	--	--	--	--