

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «28» апреля 2021 г. № 601

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 0,75 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 150 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 150 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 150 м ³ /ч	Установка поверочная УПСЖМ 150, зав. № 096 включающая: • весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных SinglePoint, мод. 1042, зав. № 29137504,29136005,29137 545; • весовое устройство на	3.7.АБФ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБФ.0001.2021	ООО «МСК», 2632109091

		базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных SingleBeam, мод. 3510, зав. № 63511188,63511242,78040 010; • расходомер-счетчик электромагнитный FLONET FN 2014, зав. № 54960/17; • расходомер-счетчик электромагнитный FLONET FN 2014, зав. № 54969/17; • расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, зав. № 7ME652548502N217; • расходомер-счетчик электромагнитный Sitrans FM, зав. № 7ME652332102N157.				
--	--	---	--	--	--	--