

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «29» апреля 2021 г. № 617

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 180 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,08 до 180 м ³ /ч	Установка поверочная расходомерная УПР-180 «Энергия- Новосибирск», зав. № 01 включающая: - расходомер-счетчик электромагнитный «Энергия-Э», зав. № 16017; - расходомер-счетчик электромагнитный «Энергия-Э», зав. № 16018; - расходомер-счетчик электромагнитный «Энергия-Э», зав. № 16019.	3.7.АБЦ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБЦ.0001.2021	ООО «ЦСМ», 5405499348