

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «29» апреля 2021 г. № 639

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы массового расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 0,6 т/ч, единицы массового расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 0,01 т/ч	Установка поверочная СПИ-04, зав. № 01 включающая: • весы лабораторные электронные GH- 252, зав. № 15108118; • весы неавтоматического действия GX-4000, зав. № 14574709; • весы неавтоматического действия GP-61K, зав. № 14726035.	3.7.АБХ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБХ.0001.2021	ООО «Сигм плюс инжиниринг», 7728636669