

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «29» апреля 2021 г. № 640

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 45 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 45 м ³ /ч	Установка проливная АС-50-С/0,03...45, зав. № 055, включающая: - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, MAG 1100/MAG 6000 Зав. № 353812H165/ N1K7195210; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, MAG 1100/MAG 6000 Зав. № 840612H378/ N1K7195218	3.7.АБЭ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБЭ.0001.2021	ООО «МетроСтандарт», 6321323773

2	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 0,05 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 5 м ³ /ч, единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 5 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 5 м ³ /ч, единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 0,01 м ³ /ч	Установка проливная АС-20-В/0,005...5, зав. № 049, включающая: - весы лабораторные общего назначения ТВЕ-60-1 зав. № 151110; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, MAG 1100/MAG 6000 Зав. № 856912Н388/ N1K8165025; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, MAG 1100/MAG 6000 зав. № 860812Н398/ N1K8165020	3.7.АБЭ.0002.2021	12	ПрС- 3.7.АБЭ.0002.2021	ООО «МетроСтандарт», 6321323773
---	--	--	-------------------	----	---------------------------	---------------------------------------