

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «29» апреля 2021 г. № 642

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 50 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,02 до 50 м ³ /ч	Установка поверочная УПСЖ 50/ВМ, зав. № 039 включающая: - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM MAGFLO MAG 1100/6000, зав. № 438907T016/239909N056; - расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM MAGFLO MAG 100W/6000, зав. № 356913T016/239809N056.	3.7.АБЧ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБЧ.0001.2021	ООО «Энергомера», 3435034498