

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «29» апреля 2021 г. № 647

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 100 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 100 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная РУ-100, зав. № 003 включающая: • счетчик-расходомер массовый MicroMotion мод. CMF 050, M172NQFNEZZZ/1700R12AFME ZZZ, зав. № 14397537/3839579; • счетчик-расходомер массовый MicroMotion мод. CMF 100, M329NQFZEZZZ/2700R12AEFEZ ZZ, зав. № 14228387/3795602; • счетчик-расходомер массовый MicroMotion мод. CMF 300, M356NAGZEZZZ/1700R11AGFEZ ZZ, зав. № 11031839/3732293.	3.7.BBV.0003.2021	12	ПрС- 3.7.BBV.0003.2021	НГДУ «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 8602060555

2	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,04 до 0,4 т (м³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 50 т/ч (м³/ч), единиц массы и объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 50 т (м³), единиц массового и объемного расходов жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 50 т/ч (м³/ч)	Установка поверочная РУ-50-04, зав. № 007 включающая: • весовое устройство на базе датчиков весоизмерительных тензорезисторных НВМ, зав. № 31657395,31657336,31664669; • счетчик-расходомер массовый кориолисовый Rotamass RCCT34, зав. № D1T202071; • счетчик-расходомер массовый кориолисовый Rotamass RCCT38, зав. № D1T202072.	3.7.BBV.0004.2021	12	ПрС-3.7.BBV.0004.2021	НГДУ «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 8602060555
---	--	---	-------------------	----	-----------------------	---