

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «30» апреля 2021 г. № 661

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,008 до 250 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 250 м ³ /ч	Установка поверочная для расходомеров и счетчиков жидкости УПСВ-250 («DYMETIC-7821»), зав. № 1 включающая: расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ	3.7.АВГ.0001.2021	12	ПрС-3.7.АВГ.0001.2021	АО «Даймет», 7202010533

		ТЭР», ОС-10, зав. № 2000301; - расходомер- счетчик электромагнитн ый «ВЗЛЕТ ТЭР», ОФ-32, зав. № 2100015; - счетчик- расходомер электромагнитн ый РОСТ-302, зав. № 124.				
--	--	--	--	--	--	--