

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «06» мая 2021 г. № 690

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 1,2 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 75 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 400 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,25 до 400 м ³ /ч	Установка поверочная «ВЗЛЕТ ПУ», зав. № 01004 включающая: • весовое устройство ВУ- 0,015Т, зав. № 028564; • весовое устройство ВУ- 1,5Т, зав. № 170506; • расходомер- счетчик электромагнитн	3.7.АБМ.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АБМ.0001.2021	ПАО «Северсталь», 3528000597

		ый «ВЗЛЕТ ЭР» мод. ЭРСВ-510, зав. № 325305; - расходомер- счетчик электромагнитн ый «ВЗЛЕТ ЭР» мод. ЭРСВ-510, зав. № 318579; - расходомер- счетчик электромагнитн ый «ВЗЛЕТ ЭР» мод. ЭРСВ-510, зав. № 318563; - расходомер- счетчик электромагнитн ый «ВЗЛЕТ ЭР» мод. ЭРСВ-510, зав. № 205959; - расходомер- счетчик электромагнитн ый «ВЗЛЕТ ЭР» мод. ЭРСВ-510, зав. № 326868; - расходомер- счетчик электромагнитн ый «ВЗЛЕТ ЭР» мод. ЭРСВ-510, зав. №328440.				
--	--	--	--	--	--	--