

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» мая 2021 г. № 745

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,05 до 200 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 1 до 200 м ³ /ч	Установка поверочная малогабаритная МПУ «СЭМ»-2- 200, зав. № 7819 включающая: - расходомер электромагнитн ый ADMAG, зав. № S5V402555; - расходомер электромагнитн ый ADMAG, зав. № S5V402542.	3.7.АВК.0001.2021	12	ПрС- 3.7.АВК.0001.2021	АО «Карельский окатыш», 1004001744