

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» мая 2021 г. № 759

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 3 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 140 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 140 м ³ /ч	Стационарная поверочная расходомерная установка «СПРУТ- 100», зав. № 0022 включающая: • счетчик воды САЯНЫ-Т-15, зав. № 1211- 010078674; • счетчик воды САЯНЫ-Т-15, зав. № 0913- 0100111942; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1701;	3.7.BBV.0005.2021	12	ПрС- 3.7.BBV.0005.2021	НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», 8602060555

		• преобразователь расхода ВПР, зав. № 1702; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1703; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1704; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1705; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1706; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1707; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1708; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1709; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1710; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1711; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1712; • преобразователь				
--	--	--	--	--	--	--

		расхода ВПР, зав. № 1713; • преобразователь расхода ВПР, зав. № 1714.				
--	--	--	--	--	--	--