

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «17» мая 2021 г. № 760

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,002 до 1,5 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 200 т/ч (м ³ /ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 240 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 240 м ³ /ч, единиц массового и объемного расходов жидкости 3 разряда в диапазоне значений	Установка поверочная расходомерная Тайфун-240, зав. № 011 включающая: • весы электронные GP-30K, зав. № 14730479; • весы неавтоматического действия HW-200KV-WP, зав. № N1803622;	3.7.АВЛ.0001.2021	12	ПрС-3.7.АВЛ.0001.2021	ООО «Феррата», 2312122946

	от 0,006 до 0,01 т/ч (м³/ч)	• весы электронные платформенные ВП мод. ВПП-1-1, зав. № 47589,47590; • расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, MAG 1100/6000, зав. № 209712H167/N1J4125 100; • расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, MAG 1100/6000, зав. № 137812H087/N1J4125 103; • расходомер-счетчик электромагнитный SITRANS FM, MAG 1100/6000, зав. № 122912H077/N1J4125 095.				
--	-----------------------------	--	--	--	--	--