

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «18» мая 2021 г. № 787

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,04 до 1,4 т (м ³), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 200 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,2 до 200 м ³ /ч	Установка для поверки расходомеров и счетчиков воды АТВ-02, зав. № 100122 включающая: • весы электронные серии К, модель КСС150, зав. № 2068374; • весы электронные серии К, модель	3.7.ГГГ.0003.2021	12	ПрС- 3.7.ГГГ.0003.2021	ООО ИК «СИБИНТЕК» Филиал Макрорегион «Западная Сибирь», 7708119944

		KES1500, зав. № 2068375; - расходомер электромагнит ный Promag, зав. № WN325212; - расходомер электромагнит ный Promag, зав. № E91F7B19000.				
--	--	---	--	--	--	--